



Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
UL. Radomska 70
27-200 Starachowice



Szpital
bez bólu



Nr sprawy: P/03/01/2019/SJU-OBŁ

Starachowice, dnia 21.08.2018

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach, nr ogłoszenia 502776-N-2019 z dn. 14.01.2019 r.

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny żel znieczulający o pojemności 6 ml x 25 sztuk w ampułkostrzykawkę ze skalą, datą ważności i skład chemiczny na pojedynczym opakowaniu strzykawki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W takim przypadku Zamawiający przyzna maksymalną ilość pkt. w kryterium parametry jakościowe.

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun" (schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do szynowania moczowodu z popychaczem o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 24, poz. 6

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 24, poz. 6

Prosimy o wydzielenie poz. 6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 24, poz. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 24, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepek – 50-53 cm ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1-4

Prosimy o wydzielenie poz. 1-4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m², wymiary bez zmian, pakowane po 10 szt., składane oddzielnie?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 15, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13, dotyczy pakietu nr 15, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 11, poz. 5

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 11 pozycji nr 5 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 11A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:
Zamawiający wydzieli poz. nr 5 do oddzielnego pakietu. Odpowiednia zmiana w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1, 2, 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1, 2, 6

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folii gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17, dotyczy pakietu nr 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepki typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18, dotyczy pakietu nr 37, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego – ortopedycznego z drenem 300 cm, CH30, średnica zewnętrzna 10,10 mm, średnica wewnętrzna 6,4 + 3 sztuki końcówek: dwie zagięte o dł. 15 cm i 25 cm oraz jedna prosta o dł. 25 cm. Średnica zewnętrzna 8,1, średnica wewnętrzna 5,7 mm + filtr o dł. 12,3 cm i średnicy 2 cm, z dodatkowym filtrem. Pakowany podwójnie (op. zewn. papier/folia i wewn. papier/folia), sterylny.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19, dotyczy pakietu nr 37, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie wymiennych końcówek do zestawu do odsysania pola operacyjnego: korpus końcówki odsysającej, dwa filtry, dwie końcówki odsysające o dł. 15 i 25 cm. Filtr o śr. 2,0 cm, końcówki posiadające dwa otwory boczne. Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20, dotyczy pakietu nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1 i 2 wymagane są podkłady higieniczne nieprzemakalne składające się z bibuły i folii ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podkładów nieprzemakalnych.

Pytanie 21, dotyczy pakietu nr 12, 36

Prosimy o zmniejszenie ilości rolek z jednej sztuki do kilku metrów podkładu, ilość ta jest wystarczająca do określenia perforacji, która jest kryterium jakościowym produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedłożenie min. 5 mb. podkładu jako próbki.

Pytanie 22, dotyczy pakietu nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjki o kształcie prostokątnej torebki o wymiarach 225 x 160 mm z otworem na krótszym boku, w który wkłada się rękę i stosuje myjkę jak rękawiczkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści, aby czas przesłania próbek na żądanie wynosił 4 dni? Zgromadzenie i przesłanie próbek wymaga większej ilości czasu, niż określono w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby informacja o nr umowy była umieszczana na załącznikach do faktury (Wz, specyfikacja dostawy itp.).

Pytanie 25, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w umowie” (dot. par. 5 ust. 2)?

Odpowiedź:

Zapis ten dotyczy § 7 ust. 2 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 26, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 9 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Dotyczy § 10 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.9 ust 1a) wynosiła 5% wartości faktycznie niedostarczonego towaru w terminie?

Odpowiedź:

Dotyczy § 10 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w par. 9 pkt. 2 ppkt. A) była obniżona do 5% wartości umownej Pakietu (...)?

Odpowiedź:

Dotyczy § 10 projektu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29, dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia i wyrażenia zgody Zamawiającego na oferowany zamiennik – forma uzgodnienia: mail, fax.

Pytanie 30, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31, dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzuszno- kroczonego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie obłożenie stolika Mayo posiadające wzmocnienie w rozmiarze min. 60 x 145 cm oraz 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32, dotyczy pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (PP-PE) o gramaturze min. 55g/m2 o odporności na przenikanie cieczy > 150 cm H₂O, spełniającego normę EN 13795 1-3 i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33, dotyczy pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji ręki spełniającego wymagania SIWZ jednakże zawierającego w swoim składzie obłożenie stolika Mayo posiadające wzmocnienie w rozmiarze min. 60 x 145 cm oraz dodatkowo 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34, dotyczy pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego spełniającego normę EN 13795 1-3, wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (PP-PE) o gramaturze min. 55g/m², chłonności 285%, o odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H₂O i odporności na rozerwanie > 161 kPa, posiadającego w swoim składzie opatrunek na ranę pooperacyjną w rozmiarze 20 x 8 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35, dotyczy pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (PP-PE) o gramaturze min. 55g/m² bez obszarów wzmocnionych, odporności na przenikanie cieczy > 150 cm H₂O, spełniającego normę EN 13795 1-3 i następującym składzie:

- 1 serweta na stółk narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stółk Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36, dotyczy pakietu nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ stopy spełniającego wymagania SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie obłożenie stolika Mayo posiadające wzmocnienie w rozmiarze min. 60 x 145 cm oraz 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37, dotyczy pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP- PE) o gramaturze min. 55 g/m² i chłonności warstwy zewnętrznej min. 285%. Obłożenie cechuje odporność na penetrację płynów > 200 cm H₂O(zgodnie z normą EN 20811). Zestaw posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji EO. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38, dotyczy pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra posiadającego w swoim składzie ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39, dotyczy pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu (PP-PE) o gramaturze min. 55 g/m2, chłonności min. 285% i odporności na rozerwanie >161 kPa? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40, dotyczy pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy wykonaną z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 90 g/m2 oraz ręczniki w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41, dotyczy pakietu nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o gramaturze min. 70 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42, dotyczy pakietu nr 2, poz. 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dotyczącego charakterystyki technicznej zestawu? Prośba nasza wynika z faktu, iż zestaw nie posiada w swoim składzie serwet wykonanych z laminatu 2-warstwowego.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu, pod warunkiem, że zaoferowana tkanina będzie spełniać normę EN 13795 1, 2, 3 i o gramaturze min 54/m².

Pytanie 43, dotyczy pakietu nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

- 1 x Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępo 14,5 cm
- 2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone
- 2 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 x podkład chłonny 60 x 90 cm
- 1 x worek plastikowy Minigrip 40 x 30 cm (strunowy)
- 20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 30 g/m²
- 1 x kompres z włókniny 10 x 20 cm 4 warstwy 30 g/m²
- 1 x tupfer z gazy RTG No. 6 , 47x40 cm, 20 nitek
- 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że inne elementy zestawu będą zawarte w ofercie (kleszczyki metalowe, gruszka do odsysania). W takim przypadku Zamawiający przydzieli maksymalną ilość pkt. w kryterium parametry jakościowe.

Pytanie 44, dotyczy pakietu nr 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (PP-PE) o gramaturze min. 55g/m2 bez dodatkowych wzmocnień, o odporności na przenikanie cieczy > 150 cm H2O, spełniającego normę EN 13795 1-3, posiadającego w swoim składzie ręczniki w rozmiarze 30 x 33 cm oraz dodatkowo taśmę przylepną 10 x 50 cm i pojemnik plastikowy 250 ml? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45, dotyczy pakietu nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia po episiotomii wykonanego z 2-warstwowego laminatu (PP-PE) o gramaturze min. 55 g/m2, chłonności min. 285% i odporności

na rozerwanie >161 kPa, zawierający w swoim składzie serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 75 x 120 cm oraz ręczniczki do rąk 30 x 33 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe elementy zestawu będą zawarte w zestawie do szycia.

Pytanie 46, dotyczy pakietu nr 2, poz. 14

Pytanie 47, dotyczy pakietu nr 12, poz. 1- 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych o długości 40 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48, dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiego rozmiaru fartucha oczekuje, L czy XL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fartucha w rozmiarze L i XL, ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 49, dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego o następującym składzie:

Skład zestawu*:

1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa, gram. min. 55 g/m²)

1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem 15 x 13 cm i przylepną krawędzią boczną (barierowa, gram. min. 55 g/m²)

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x opatrunek Cosmopor E, 7,2 x 5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50, dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

Skład zestawu*:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki

1 x kleszczyki plastikowe

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (gram. min. 55 g/m²)

1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (gram. min. 55 g/m²)

1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)

1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)

1 x igłotrzymacz 13 cm

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51, dotyczy projektu umowy

§ 10, ust. 1.1 a- wnosimy o zmianę zapisów umowy, poprzez zamianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52, dotyczy projektu umowy

§ 10, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i naliczanie ich w następującym zakresie:

- §10 ust. 1.1 do kwoty 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia,

- §10 ust. 1.2; §10 ust. 2.1 od kwoty 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia.

Odnosnie §10 należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie, zdaniem Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Ze względu na fakt, że załączone do SIWZ Istotne postanowienia umowy dopuszczają po stronie Zamawiającego możliwość realizacji umowy w częściach, nie ograniczając ilości ani minimalnej wartości zamówień częściowych, a zastrzegając jednocześnie odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie w realizacji zamówienia częściowego, skorelowaną wartościowo z całością zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, istnieje ogromne ryzyko, że kara umowna obciążająca Wykonawcę w związku z opóźnieniem w realizacji częściowego zamówienia okaże się niewspółmiernie wysoka w stosunku do potencjalnej szkody. Ponadto, jak wskazuje doktryna, uprawnienie zamawiającego do wprowadzania postanowień w umowie o karach umownych nie może być nadużywane, a tym samym prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się tegoż poprzez ustalanie rażąco wygórowanych kar umownych. Warto także zwrócić uwagę, iż w Istotnych postanowieniach umowy stanowi się o opóźnieniu, a nie zwłoce.

Mając powyższe na uwadze, PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53, dotyczy pakietu nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H₂O przy przepływie 60 l/min. Medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z

zatycką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin. Filtr był testowany u Państwa w placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54, dotyczy pakietu nr 10, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomem nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml, utracie wilgotności 4,5 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatycką na uwięzi. Filtr był testowany u Państwa w placówce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55, dotyczy pakietu nr 23, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zaoferowany produkt sterylizowany był parą wodną, czyli najbezpieczniejszą metodą, która nie zmienia właściwości produktu?

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny o działaniu alergennym?

Odpowiedź:

Ad. 1 - Zamawiający dopuszcza. Ad 2 – Zamawiający dopuszcza sterylizowanie parą wodną nie wymaga. Zdaniem Zamawiającego równie skuteczną metodą jest sterylizowanie tlenkiem etylenu. Ad 3 – Zamawiający dopuszcza żel, który w swoim składzie zawiera substancje konserwujące.

Pytanie 56, dotyczy pakietu nr 29, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika DJ w rozmiarze 4,8 CH wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, wewnątrz bardziej sztywnego, zaś z zewnątrz bardziej miękkiego, cewnik do utrzymania długoterminowego, przewodnik powleczony teflonem o dł. 150cm.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby cewniki w zestawie do szynowania były wykonane z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, wewnątrz bardziej sztywnego, na zewnątrz bardziej miękkiego – taka budowa cewnika zapewnia utrzymanie drożności moczowodu nawet w przypadku ucisku z zewnątrz (guz, ciąża).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57, dotyczy pakietu nr 29, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1 cm i posiadały mandryn metalowy lub nylonowy w zależności od wskazań i potrzeby Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58, dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatycką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H₂O

przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H₂O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59, dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 jałowej osłony na sprzęt medyczny z gumką w rozmiarze Ø 140cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60, dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwienia wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorheksydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61, dotyczy pakietu nr 33, poz. 2

Czy zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheotomijnych szaro-zieloną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62, dotyczy pakietu nr 33, poz. 2

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 33, pozycję 2 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzielił tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 63, dotyczy pakietu nr 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład higieniczny w rozmiarze 50x50 z perforacją co 38 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 64, dotyczy pakietu nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego podkładu chłonnego w rozmiarze 58,4 x 90 cm. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65, dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody wykonane z mocnej folii polietylenowej o wymiarach 13 x 240 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku zamawiający przyzna 0 pkt. w kryterium parametry jakościowe.

Pytanie 66, dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana osłona ma posiadać na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy,, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta w celu ułatwienia pracy personelowi szpitalnemu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 67, dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje osłony z kartonikiem ułatwiającym aplikację.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 68, dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na sprzęt o wymiarach 95 x 130 cm, zakończonego zieloną, elastyczną lamówką.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69, dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na sprzęt o wymiarach 142 x 142 cm, zakończonego białą, elastyczną lamówką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W tym przypadku zamawiający przyzna 0 pkt. w kryterium parametry jakościowe.

Pytanie 70, dotyczy pakietu nr 15, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha jednorazowego z rękawami z gumką. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71, dotyczy pakietu nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr mechaniczny klasy HEPA 13, bez wydzielonego wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji dla bakterii 9,99999%, wirusów 99,9999%, wydajności nawilżania przy VT 500ml 33,8mgH₂O/l, przestrzeni martwej 74ml, objętości oddechowej 300-1200ml, o oporze przepływu 60l/min 2.8cm H₂O, z portem kapno, sterylny, waga 37g ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 72, dotyczy pakietu nr 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, portem kapno, skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów na poziomie 9,999%, wadze 32g, przestrzeni martwej 38ml, objętości oddechowej 150-1000ml, nawilżaniu przy VT 1litr min. 35,5 mgH₂O/l, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73, dotyczy pakietu nr 32, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wkłucie centralne marki Arrow z cewnikiem poliuretanowym 2światłowym w rozmiarze 7F/16cm (18/14Ga) z przewodnicą odporną na zaginanie niklowo-tytanową, długości 45cm średnicy 0,64mm z koreczkami, z podwójnym mocowaniem cewnika, z przedłużeniem z zaciskiem ślizgowym, z igłą 18Gx6,35mm i rozszerzadłem, strzykawką, bez kabelka EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74, dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wkłucie centralne marki Arrow z cewnikiem poliuretanowym 3światłowym w rozmiarze 7F/16cm (16/18/18Ga) z prowadnicą odporną na zaginanie niklowo-tytanową, długości 45cm średnicy 0,81mm z koreczkami, z podwójnym mocowaniem cewnika, z przedłużeniem z zaciskiem ślizgowym, z igłą 18Gx6,35mm i rozszerzadłem, strzykawką, bez kabelka EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75, dotyczy pakietu nr 18, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie prostokąta uszytych z dwóch części materiału z możliwością włożenia ręki do środka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76, dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak, w takim przypadku, Zamawiający uzna za spełnienie wymogu art. 24 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli oświadczenie o przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej zostanie dołączone do oferty.

Pytanie 77, dotyczy pakietu nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.2 z pakietu nr 34 i utworzy nową, odrębną część 34a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 78, dotyczy pakietu nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy filtra mikrobiologicznie czystego oraz filtr o wadze 34g, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79, dotyczy pakietu nr 27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowania, czy miał na myśli i wymaga worków o pojemności 1500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga worków o pojemności 1500 ml.

Pytanie 80, dotyczy pakietu nr 24, poz. 1 - 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniuli:

Poz. 1 - w rozmiarze G16 1,7x45mm, z przepływem 200 ml/min,

Poz. 2 - w rozmiarze G17 1,5x45mm, z przepływem 142ml/min,

Poz. 3 w rozmiarze G18 1,3x45mm, z przepływem 90ml/min,

Poz. 4 w rozmiarze G20 1,1x32mm, z przepływem 60ml/min,

Poz. 5 rozmiarze G22 0,9x25mm, z przepływem 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule o takich parametrach. W takim przypadku w kryterium parametry jakościowe przyzna maksymalną ilość pkt.

Pytanie 81, dotyczy pakietu nr 24, poz. 1 - 5

Prosimy o dopuszczenie kaniul ze standardowym korkiem i usunięcie zapisu „korek luer-lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi”. Pragniemy nadmienić, iż korek z trzpieniem powyżej jego krawędzi w żaden sposób nie zagraża zainfekowaniu pacjenta przy wkłuciu kaniuli. Ponadto w

zamknięciu kaniuli uczestniczy zawór bezigłowy stosowany w Państwa placówce. Jednocześnie informujemy, że oferowane przez nas kaniule spełniają wszystkie wymogi prawne i standardy epidemiologiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający usunie ten zapis.

Pytanie 82, dotyczy pakietu nr 24, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie koreczka do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylnego, niepirogennego, pakowanego po 1 szt, z trzpieniem położnym powyżej krawędzi korka, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83, dotyczy pakietu nr 24, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie a' 100 sztuk, umożliwi to zaoferowanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84, dotyczy pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; opakowanie zbiorcze. 70 szt. WVTR 3500 g/m²/24 godz. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m². Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m². Waga produktu 100 g.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85, dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86, dotyczy pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87, dotyczy pakietu nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 10g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 88, dotyczy pakietu nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną trzywarstwową zawiązywaną na troki o długości 4 x 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89, dotyczy pakietu nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną trzywarstwową zawiązywaną na troki 2 o długości 39cm + 2 o długości 40cm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 90, dotyczy pakietu nr 11, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej w kolorze niebieskim, zielonym, różowym, żółtym?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91, dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej bądź włókniny trójwarstwowej SMS?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, jednak pod warunkiem oceny dostanej próbki. Jeśli oferowana próbka nie spełni oczekiwań Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca kryteriów.

Pytanie 92, dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93, dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zbyt cienkie.

Pytanie 94, dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, jednak pod warunkiem oceny dostanej próbki. Jeśli oferowana próbka nie spełni oczekiwań Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca kryteriów.

Pytanie 95, dotyczy pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96, dotyczy pakietu nr 15, poz. 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97, dotyczy pakietu nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni foliowy wykonany z folii o grubości 0,02mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia kryterium pozacenowego oceny ofert: parametry jakościowe – gramatura 40-50g/m². Proszę określić gramaturę.

Pytanie 98, dotyczy pakietu nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² lub 40 g/m²

Złożony z trzech części:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210 cm x 150 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pościeli w trzech częściach (poszwa, poszewka, prześcieradło) stanowiących jeden komplet o gramaturze 40 g/m². W takim przypadku Zamawiający przyzna 0 pkt. w kryterium parametry jakościowe.

Pytanie 99, dotyczy pakietu nr 18, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 100, dotyczy pakietu nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'20szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy produkt zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podkłady pakowane po 20 szt. W takim przypadku Zamawiający wymaga odpowiedniego przeliczenia ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 101, dotyczy pakietu nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako odpowiednika opisanego produktu jednorazowego podkładu wysokochłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowego wykonanego z 4 warstw, w tym folii LDP, nieprzemakalnej, pozostający suchy na powierzchni po wchłonięciu cieczy, zamykający we wkładzie przykry zapach z zewnętrzną warstwą spojną z rdzeniem w rozmiarze 60x90 cm i chłonności >1900g.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102, dotyczy pakietu nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 11 pozycję 5 – osłona na tarczycę i utworzy nowy pakiet z tą pozycją? Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości wykonawców, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 5 z pakietu nr 11 do oddzielnego pakietu nr 11A. Odpowiednia zmiana w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 103, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie treści wzoru umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ, poprzez nadanie par. 10 ust. 1.1 następującego brzmienia: „Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku dotrzymania terminu dostawy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 104, dotyczy pakietu nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy - opatentowana konstrukcja z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi zapewnia przepływ 500ml/min i pozwala na prowadzenie dializy ograniczonej do jednego światła tętniczego. Podwójne światło tętnicze ogranicza również powstania niedrożności tzw: „sidewalling”. Unikalna zmodyfikowana konstrukcja bezprzejściowej końcówki pozwala na atraumatyczną implementację techniką „over-the-wire”. Odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu

czy jodiny. Zestaw z cewnikiem dwukanałowym 15,5Fr o długości całkowitej 24cm widoczny w Rtg z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc w zestawie z: cewnik elastyczny, tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, przewodnikiem, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 105, dotyczy pakietu nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodiny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, łącznik wprowadzający typu 'Y', strzykawkę 10ml, mini skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze naczyniowe z powłoką hydrofilową w rozmiarze 12Fr o długości 11cm oraz 14Fr o długości 14cm, znaczonego przewodnika z Nitinolu zakończona kształtem 'J', dwie linie przedłużenia żylna i tętnicza, korek dezynfekcyjny oraz taśm mocująca cewnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 106, dotyczy pakietu nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 16Fr o długości całkowitej 24cm - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodiny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, łącznik wprowadzający typu 'Y', strzykawkę 10ml, mini skalpel, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze naczyniowe z powłoką hydrofilową w rozmiarze 12Fr o długości 11cm oraz 14Fr o długości 14cm, znaczonego przewodnika z Nitinolu zakończona kształtem 'J', dwie linie przedłużenia żylna i tętnicza, korek dezynfekcyjny oraz taśm mocująca cewnik.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 107, dotyczy pakietu nr 32, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, przewodnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w załączniku nr 5 do SIWZ zostaną spełnione.

Pytanie 108, dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, przewodnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry określone w załączniku nr 5 do SIWZ zostaną spełnione.

Pytanie 109, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 6 oraz § 7 ust. 2 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisów w projekcie umowy.

Pytanie 110, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111, dotyczy projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 9 ust. 6 projektu umowy i podtrzymuje 3 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.

Pytanie 112, dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1.1 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy w zakresie jej niezrealizowanej części:

a) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

b) za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

c) za dzielenie złożonego Zamówienia na części,

d) w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

e) za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie wykonanej dostawy.

1.2 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy w zakresie jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy w zakresie, którego dotyczy (pakietu) bez uzasadnionej przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 ust. 1 projektu umowy i podtrzymuje obecne zapisy.

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Katarzyna Arent
.....
Dyrektor / Osoba upoważniona