

Sprawa numer P/33/06/2019/KRD

Starachowice dn. 11.07.2019r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 566550-N-2019 z dnia 2019-06-28 r./ na „Zakup sprzętu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowanego chorobom układu krążenia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty wskazane w rozdziale IX, pkt. 2 SIWZ, winny zostać złożone na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, jedynie przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza?

Ad.1: Zapis z rozdziału IX pkt. 2 SIWZ zawiera wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Zamawiający może żądać od Wykonawców, składanych w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może zatem żądać przedmiotowych oświadczeń i dokumentów od każdego z wykonawców, w tym przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 2:

Dot. Projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?

Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 8 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 8 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 3:

Dot. Projektu umowy.

Czy Zamawiający rozważy zmianę § 9 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto.” ?



UZASADNIENIE:

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie okoliczności, osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji.

Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna standardem rynkowym. Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a szkodą.

Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew dotychczasowym doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkada może również powstać (i głównie tak do niej dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających zarządzanie jakością, błędu wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100% wykluczyć.

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 4:

Dot. Umowy powierzenia danych osobowych.

Czy Zamawiający rozważy zmianę § 3 ust. 12 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych poprzez jego wykreślenie i zastąpienie go poprzez dodanie następujących nowych postanowień:?

1. Wykaz podprzetwarzających, którym Przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem . Administrator niniejszym upoważnia Przetwarzającego do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
2. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Przetwarzający poinformuje Administratora o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator nie zgłosi zastrzeżeń do Przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Administratora, Administrator przedstawi Przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Przetwarzający może według własnego uznania
 - a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
 - b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
4. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciężących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za wykonanie zobowiązań ciężących na podprzetwarzającym.
5. W przypadku zlecenia przez Przetwarzającego czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), do Przetwarzającego stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
6. W przypadku, gdy Przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator niniejszym udziela Przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora. Ponadto, Administrator udziela Przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Powyżej zaproponowane postanowienia oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Ad.4: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany tj. zastąpienie dotychczasowego § 3 ust. 12 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych zaproponowanymi w treści pytania zapisami.

Pytanie nr 5:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości 500 mm?

Ad.5: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o długości 1850 mm?

Ad.6: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 :

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 1

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt. 1 sprzęt/urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu Zamawiającego w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy – min. 8 godz. dla 4 osób z personelu medycznego Oddziału Kardiologicznego w zakresie jego obsługi i racjonalnej eksploatacji dla każdego sprzętu medycznego, który wymaga przeszkolenia.”

oraz zgodzi się na dostarczenie produktu jakim jest kozetka lekarska za pomocą firmy spedycyjnej rezygnując tym samym z konieczności montażu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji. Wózek reanimacyjny zostanie dostarczony w wersji złożonej, gotowej do użytku, zatem nie wymaga montażu oraz przeszkolenia personelu

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 :

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 2

„2. Wraz z dostawą sprzętu/urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkownika-obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym - karty gwarancyjne urządzenia”

I odstąpi od wymogu dostarczenia paszportów technicznych na wyrób jakim jest kozetka lekarska jeżeli Producent nie wymaga paszportów technicznych ?

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 1:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt. 1 sprzęt/urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu Zamawiającego w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy – min. 8 godz. dla 4 osób z personelu medycznego Oddziału Kardiologicznego w zakresie jego obsługi i racjonalnej eksploatacji dla każdego sprzętu medycznego, który wymaga przeszkolenia.”

oraz zgodzi się na dostarczenie produktu jakim jest stolik pod aparaturę medyczną za pomocą firmy spedycyjnej rezygnując tym samym z konieczności montażu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji. Stolik pod aparaturę medyczną zostanie dostarczony w wersji złożonej, gotowej do użytku, zatem nie wymaga montażu oraz przeszkolenia personelu

Ad.9: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 2:

„2. Wraz z dostawą sprzętu/urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkownika-obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym - karty gwarancyjne urządzenia”

I odstąpi od wymogu dostarczenia paszportów technicznych na wyrób jakim jest stolik pod aparaturę medyczną jeżeli Producent nie wymaga paszportów technicznych ?

Ad.10: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 1:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt.1 sprzęt/urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu Zamawiającego w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy – min. 8 godz. dla 4 osób z personelu medycznego Oddziału Kardiologicznego w zakresie jego obsługi i racjonalnej eksploatacji dla każdego sprzętu medycznego, który wymaga przeszkolenia.”

oraz zgodzi się na dostarczenie produktu jakim jest stolik medyczny za pomocą firmy spedycyjnej rezygnując tym samym z konieczności montażu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji. Stolik medyczny zostanie dostarczony w wersji złożonej, gotowej do użytku, zatem nie wymaga montażu oraz przeszkolenia personelu

Ad.11: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 2:

„2. Wraz z dostawą sprzętu/urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkowania-obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym - karty gwarancyjne urządzenia”
I odstąpi od wymogu dostarczenia paszportów technicznych na wyrób jakim jest stolik medyczny jeżeli Producent nie wymaga paszportów technicznych ?

Ad.12: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z szafką o wymiarach:

- szerokość 600 mm
- głębokość 500 mm
- wysokość 805 mm

Ad.13: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek którego szafka wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, podstawa stalowa wyposażona w odboje w narożach rezygnując tym samym z wymogu aluminiowej ramy wózka ?

Ad.14: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady na prowadnicach kulkowych z systemem samodomykającym z funkcją cichego domykania?

Ad.15: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek z 5 szufladami o wymiarach powierzchni użytkowej szuflad:

- (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm
- (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm
- (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm?

Ad.16: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z ergonomicznym uchwytem do przetaczania umieszczonym z przodu wózka ?

Ad.17: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z wysuwającym białym boczny z tworzywa ABS o wymiarach 430x430mm i udźwigu min. 5 kg ?

Ad.18: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z wysuwającym białym boczny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo o wymiarach 430x430mm i udźwigu min. 5 kg ?

Ad.19: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny w którym pierwsza szuflada posiada zamek rezygnując tym samym z wymogu zamknięcia pierwszej szuflady na plombę lub kłódkę?

Ad.20: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu o 360° oraz regulacją wysokości. Uchwyt posiadający 2 regulowane pasy do mocowania urządzeń. Wymiary zewnętrzne uchwytu: 390x340 mm, wymiary użytkowe uchwytu: 346x295 mm?

Ad.21: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z uchwytem na butle tlenową o wym: 149x147x400 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] ?

Ad.22: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z płytą do przeprowadzenia RKO montowaną na tylnej ścianie wózka o wymiarach 640x440x8 mm [szerokość x głębokość x wysokość] ?

Ad.23: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z płytą do przeprowadzenia RKO wykonaną z wyprofilowanego tworzywa sztucznego montowaną na tylnej ścianie wózka o wymiarach 640x440x45 mm [szerokość x głębokość x wysokość] ?

Ad.24: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z podstawą stalową z odbojami w narożach?

Ad.25: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w koszyk na akcesoriach o wymiarach: 296x90x96 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] rezygnując tym samym z uchytu na ostre przedmioty w kształcie koszyka o wymiarach 105x130x215 mm?

Ad.26: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w koszyk na akcesoriach o wymiarach: 360x160x150 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] rezygnując tym samym z uchytu na ostre przedmioty w kształcie koszyka o wymiarach 105x130x215 mm??

Ad.27: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w uchwyt formie obręczy dostosowanej do wymiarów pojemnika Zamawiającego rezygnując tym samym z uchyty na ostre przedmioty w kształcie koszyka o wymiarach 105x130x215 mm??

Ad.28: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 1:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt. 1 sprzęt/urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu Zamawiającego w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy – min. 8 godz. dla 4 osób z personelu medycznego Oddziału Kardiologicznego w zakresie jego obsługi i racjonalnej eksploatacji dla każdego sprzętu medycznego, który wymaga przeszkolenia.”

oraz zgodzi się na dostarczenie produktu jakim jest wózek reanimacyjny za pomocą firmy spedycyjnej rezygnując tym samym z konieczności montażu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji. Wózek reanimacyjny zostanie dostarczony w wersji złożonej, gotowej do użytku, zatem nie wymaga montażu oraz przeszkolenia personelu

Ad.29: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 2:

„2. Wraz z dostawą sprzętu/urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkownika-obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym - karty gwarancyjne urządzenia”

I odstąpi od wymogu dostarczenia paszportów technicznych na wyrób jakim jest wózek reanimacyjny jeżeli Producent nie wymaga paszportów technicznych ?

Ad.30: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

Zadanie nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 1:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt. 1 sprzęt/urządzenia na własny koszt i odpowiedzialność

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu/urządzeń personelu Zamawiającego w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy – min. 8 godz. dla 4 osób z personelu medycznego Oddziału Kardiologicznego w zakresie jego obsługi i racjonalnej eksploatacji dla każdego sprzętu medycznego, który wymaga przeszkolenia.”

oraz zgodzi się na dostarczenie produktu jakim jest wózek oddziałowo-zabiegowy za pomocą firmy spedycyjnej rezygnując tym samym z konieczności montażu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji. Wózek oddziałowo-zabiegowy zostanie dostarczony w wersji złożonej, gotowej do użytku, zatem nie wymaga montażu oraz przeszkolenia personelu

Ad.31: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32:

Zadanie nr 7

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy § 2:

„2. Wraz z dostawą sprzętu/urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkownika-obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym - karty gwarancyjne urządzenia”

I odstąpi od wymogu dostarczenia paszportów technicznych na wyrób jakim jest wózek oddziałowo-zabiegowy jeżeli Producent nie wymaga paszportów technicznych ?

Ad.32: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Zadanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 6 tygodni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat rtg z ramieniem C jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej 8 tygodni.

Ad.33: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

Dotyczy Załącznika nr 2, Umowa §6 ust 3

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji z 7 do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Ad.34: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin 7 dni jest konieczny do zachowania ciągłości pracy.

Pytanie nr 35:

Dotyczy Załącznika nr 2, Umowa §8 ust 1 lit b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Ad.35: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §3 ust 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez dopisanie:

„Administrator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją uprawnienia kontrolnego.”

Ad.36: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §3 ust 7

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

1. „Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru przetwarzania danych osobowych wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Przetwarzającego oraz Administratora, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela Przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
 - 2) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;
 - 3) gdy ma to zastosowanie – przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 - 4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
- Wyjaśniamy, że RODO wymaga prowadzenia przez podmiot przetwarzający jakim jest Wykonawca rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust 2.

Ad.37: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §3 ust 8

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu lub określenie jakie i na czym mają polegać te procedury i przedstawić je. Zgodnie z RODPO jest to obszar zakresu odpowiedzialności Administratora.

Ad.38: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 39:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §3 ust 8

Aby zachować spójność z poprzednimi zapisami Umowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na udzielenie odpowiedzi przez Przetwarzającego do 3 dni roboczych.

Ad.39: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §6 ust 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na:

1. „Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania oraz kontroli spełnienia obowiązków spoczywających na Przetwarzającym – a wynikających z Umowy oraz z RODO - oraz umożliwi Administratorowi, audytorom lub innym podmiotom uzgodnionym z Przetwarzającym i upoważnionym przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych, wyłącznie w zakresie Danych, których przetwarzanie powierzono w ramach Umowy, przy czym Administrator wyznaczy Przetwarzającemu termin co najmniej 5 dni na udostępnienie powyższych informacji. Koszt kontroli, działań inspekcyjnych oraz sprawdzających ponosi Administrator.

Wyjaśniamy, iż aby zachować obiektywność audytu „inne podmioty” powinny być uzgodnione z Przetwarzającym, aby nie doszło do sytuacji, w której okazałoby się, że zostanie on przeprowadzony przez firmę konkurencyjną bądź gdzie występuje konflikt interesów.

Ad.40: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §6 ust 3

Zwracamy się z prośbą o dopisanie, że termin 5 dni dotyczy dni roboczych.

Ad.41: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §6 ust 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„W następstwie przeprowadzonej kontroli lub audytu Administrator jest uprawniony do wydania Przetwarzającemu uzgodnionych z Przetwarzającym zaleceń pokontrolnych i kontroli sposobu ich wykonania, przy czym termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych nie może być krótszy niż 7 dni roboczych. Przetwarzający zobowiązuje się wykonać otrzymane zalecenia na własny koszt i ryzyko. W przypadku niewykonania zaleceń pokontrolnych Administrator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

Ad.42: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §7 ust 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu do 3 dni roboczych.

Ad.43: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §7 ust 5

Zwracamy się z prośbą o dopisanie, że termin 5 dni dotyczy dni roboczych.

Ad.44: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §7 ust 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu do 2 dni roboczych.

Zwracamy uwagę, iż terminy powinny być spójne z poprzednimi zapisami oraz możliwe do realizacji.

Ad.45: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46:

Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §10 ust 3 i §11 ust 2

Zwracamy się z prośbą o dopisanie, że terminy określone przez Zamawiającego dotyczą dni roboczych.

Ad.46: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47:

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego

o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Ad.47: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48:

Zadanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści głębokość 68 cm? różnica 2 cm nie ma wpływu na wartość diagnostyczną. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Ad.48: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49:

Zadanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu pionowego ramienia C 41,5cm ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Ad.49: Zamawiający nie wyraża zgody. Personel Zamawiającego posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i w jego opinii zakres ruchu pionowego ramienia ≥ 45 cm jest konieczny dla zachowania ergonomii pracy oraz pozwoli na uzyskanie szerokiego spektrum zastosowań klinicznych. Modyfikacja tego wymogu nie leży w interesie zamawiającego.

Pytanie nr 50:

Zadanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści aparat z obrotowy, kolorowy panel dotykowy na ramieniu C min. 8" do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH rozdzielczość panelu dotykowego $\geq 640 \times 480$ pikseli?

Opisany parametr wskazuje na jednego oferenta firmę siemens z aparatem cios.

Ad.50: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach
DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
podpis osoby upoważnionej
Marek Arant

Sprawę prowadzi:

Marcin Ceglarski

tel. 412739964

adres email: m.ceglarski@szpital.starachowice.pl

