



Sprawa numer P/34/06/2019/KRD

Starachowice dn. 09.07.2019r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 567233-N-2019 z dnia 2019-07-01 r./ na „Zakup sprzętu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowanego chorobom układu krążenia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 4

Proszę o sprecyzowanie ile i jakich rejestratorów Holterowskich ma wchodzić w skład Zestawu do badań Holterowskich opisanego w SIWZ.

Ad.1: W skład zestawu do badań Holterowskich wchodzi: 4 rejestratory 3-kanałowe oraz 1 rejestrator 12-kanałowy.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1 b)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzoru umowy §8

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zwinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy o zmianę w/w paragrafu na „W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne (...)” oraz w pkt b) „w wysokości (...) w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru, uzupełnieniu brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

DYREKTOR
Dyrektor PZOZ w Starachowicach
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

...Katarzyna Arant...
podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:
Marcin Ceglarski
tel. 412739964
adres email: m.ceglarski@szpital.starachowice.pl